FILL Magic ORTHO

Adesivo Ortodôntico com Carga
Adhesivo Ortodontico con Carga
Orthodontic Adhesive with Load

PORTUGUÊS

1. Descrição do Produto
Fill Magic Ortho é um adesivo ortodôntico com carga, indicado para fixação de brackets. **Fill Magic Ortho** não requer mistura, é de fácil aplicação e sua composição promove uma excelente adesão do brackets ao dente.
1.1. Indicação
Fill Magic Ortho é indicado para fixação de brackets de metal, especialmente para técnica do fio reto e para fixação de brackets de plástico.
1.2. Composição
Mistura de monômeros, Cargas, Dióxido de Titânio, Flúor e Pigmentos.
1.3. Apresentação
Fill Magic Ortho Reposição: 01 seringa (peso líquido vide-rótulo) e 01 Instrução de Uso.
2. Técnicas de Aplicação
1. Limpar a superfície do esmalte, utilizando pasta profilática, isenta de flúor, aromatizantes ou óleo. Lavar com água e secar cuidadosamente com um jato de ar isento de óleo ou umidade.
2. Fazer o isolamento relativo, com rolos de algodão.
3. Aplicar o condicionador dental Magic Acid 37% sobre as superfícies dentárias, seguindo avaliação clínica, por até 60 segundos. Lavar com água e secar cuidadosamente com um jato de ar.
4. Aplicar uma fina camada do **Fill Magic Ortho** na base do bracket, e colocá-lo na área preparada do dente.
5. Efetuar uma primeira remoção do excesso antes da polimerizaçáo.
6. Após a colocação apropriada do bracket na superfície do dente, polimerizar em cervical e incisal por 20 segundos cada, com aparelho fotopolimerizador do tipo Halôgeno ou LED.
7. Remover os excessos ao redor do bracket, com o auxílio de uma ponta de acabamento fina.
8. O nivelamento do arame poderá ser feito após a polimerização.
3. Precauções, Restrições e Advertências
3.1. Precauções
- Evite a exposição direta do material à luz solar ou outras fontes de luz intensa.
- **Fill Magic Ortho** não deve ser usado ou armazenado com produtos, que possuem em sua formulação fenol (fenol, óleo de cravo, verniz copal) ou cimento de óxido de zinco e eugenol, pois estes materiais impedem ou afetam a polimerizacão.
- Descoloração pode ocorrer ao redor dos brackets quando forem usador bochechos catiônicos, bem como reveladores de placa e clorexidina, por um longo período.
- Após o uso o material deverá ser devidamente fechado.
- Manter fora do alcance de crianças.
- Este produto é fabricado para ser utilizado somente conforme exposto nas Instruções de Uso. O uso de forma distinta da descrita nas instruções de uso são de única e exclusiva responsabilidade do profissional que a utilize.
- Todo material odontológico deve ser utilizado unicamente por dentistas e laboratórios dentais autorizados.

3.2. Restrições e Advertências
Não há contra indicação, quando **Fill Magic Ortho** é usado por um profissional de odontologia, de acordo com as Instrucões de Uso. Entretanto, em pacientes que possuem histórico de alergia aos componentes deste produto, recomanda-se não fazer o uso.
4. Validade
- 36 meses após a data de fabricacão. Não usar após a data de validade.
- A data de validade que conta nas embalagens representa o prazo máximo para utilização do produto.
- Condições inadequadas de armazenamento podem comprometer o funcionamento do produto.
5. Armazenamento
- Deve permanecer em sua embalagem original e fechada após o uso.
- Armazenar a temperatura ambiente (15°C - 30°C), em local seco, protegido da luz e do calor.
- A luz direta sobre o produto pode alterar as propriedades do **Fill Magic Ortho.**

ESPAÑOL

1. Descripción del producto
Fill Magic Ortho es un adhesivo ortodontico con carga, indicado para la fijación de los brackets. **Fill Magic Ortho** no requiere ortodoncia mezcla, es fácil de aplicar y su composición promueve la adherencia excelente del brackets al diente.
1.1. Indicaciones
Fill Magic Ortho está indicado para la fijación de brackets de ortodncia de metal, escialmente para la técnica de alambre y para la fijación de los brackets de plástico.
1.2. Composición
Mezcla de Monómeros, Cargas, Dióxido de Titanio, Pigmentos, y Flúor.
1.3. Presentación
Fill Magic Ortho: 01 jeringa (peso neto vide-etiqueta) y 01 instrucción de uso.
2. Técnicas de aplicación
1. Limpie la superficie del esmalte, con pasta profiláctica, exenta de fluor, aromatizante o aceite. Enjuagar con agua y secar con un chorro de aire exento de aceite o humedad.
2. Realice al aislamiento relativo, con rollos de algodón.
3. Aplique el acondicionador dental Magic Acid 37% en las superficies dentales, siguiendo la evaluación clínica, hasta 60 segundos. Enjuague con agua y seque con un chorro de aire.
4. Aplique una capa delgada de **Fill Magic Ortho** en la base del bracket y poner en el diente preparado.
5. Realizar un primer retiro de excesso antes de la polimerización.
6. Después de la colocación adecuada del brackets en la superficie del diente, polimerizar en cervical y incisal durante 20 segundos cada uno, con dispositivo de polimerización tipo LED o halógeno.
7. Retire los excessos alrededor del bracket, con la ayuda de una punta de acabado fino.
8. La nivelación del alambre puede ser hecho después de la polimerización.
3. Precauciones, Restricciones y Advertencias
3.1. Precauciones
- Evite la exposición directa del material a la luz del sol u otras fuentes de luz brillantes.
- **Fill Magic Ortho** no debe ser usado o almacenado con los

FILL Magic ORTHO

productos que tienen en su formulación fenos (fenol, aceite de clavo, barniz copal) o cemento cinc óxido y eugenol porque estos materiales impedir o afectan la polimerización.

- Decoloración puede ocurrir alrededor de los brackets al usar enjuagues bucales catiónicos, asi como los desarrolladores de la placa y clorhexidina, durante un periodo prolongado.
- Después de usar el material debe estar correctamente cerrado.
- Mantener fuera del alcance de los ninõs.
- Este producto es fabricado para ser usado únicamente como se expone en las instrucciones de uso. El uso de forma distinta de la descrita en las instrucciones de uso son de única y exclusiva responsabilidad del profesional que la utilice.
- Todo el material dental debe ser utilizado exclusivamente por los dentistas y Laboratórios dentales autorizados.

3.2. Restricciones y Advertencias

No hay ninguna contraindicación, cuando **Fill Magic Ortho** es utilizado por un profesional de odontología según las instrucciones de uso. Sin embargo, en pacientes con antecedentes de alergia a los componentes de este producto, se recomienda no usar.

4. Validez

- 36 meses después de la fecha de fabricación. No utilizar después de la fecha de caducidad.
- La fecha de caducidad que aparece en los envases es la fecha límite para el uso del producto.
- Condiciones de almacenamiento inadecuadas puedem poner en peligro el funcionamento del producto.

5. Almacenaje

- Debe permanecer en envase original y cerrado después de su uso.
- Almacenar a temperatura ambiente (15ºC - 30ºC) en un lugar seco, protegido de la luz y el calor.
- La luz directa en el producto puede cambiar las propriedades de **Fill Magic Ortho.**

ENGLISH

1. Description of the product

Fill Magic Ortho is an orthodontic adhesive with load, suitable for the fixing brackets. **Fill Magic Ortho** doesn't require orthodontic mixture, is easy to apply and its composition promotes excellent adhesion of the support to the tooth.

1.1. Indication

Fill Magic Ortho is indicated for fixing metal orthodontic brackets, especially for the technique of wire and plastic brackets fixation.

1.2. Composition

Mixture of Monomers, Charges, Titanium Dioxide, Fluorine and Pigments.

1.3. Presentation

Fill Magic Ortho: 01 syringe (weight NET vide-tag) and 01 instruction for use.

2. Application Techniques

1. Clean the surface of the enamel with prophylactic paste free from fluoride, oil or flavoring. Clean with water and dry with an air jet.
2. Make conditioner dental Magic Acid 37% on dental surfaces, after clinical assessment, up to 60 seconds. Clean with water and dry with an air jet.
4. Apply a thin layer of **Fill Magic Ortho** in the base bracket and place it on the prepared tooth.
5. Make a first removal of excess before the polymerization.
6. On the proper placement of the bracket on the tooth surface, polymerize in cervical and incisal for 20 seconds each, with device type LED or halogen curing light.
7. Remove the excesses around the bracket, with the help of a fine finish tip.
8. Level wire can be done after polymerization.

3. Precautions, restrictions and warnings

3.1. Precautions

- Avoid direct exposure of the material from the light of the sun or other bright light sources.
- **Fill Magic Ortho** should not be used or stored with products that have phenol in their composition (fenol, clove oil, varnishcopal) or zinc oxide and eugenol cements because these materials prevent or affect the polymerization.
- Discoloration may occur around the brackets using cationic mouthwashes as well as developers of plate and chlorhexidine, over an extended period.
- After using the material, it must be properly closed.
- Keep out of the reach of children.
- This product is designed for use only as set forth in the Instruction for use. The use in such a way that described in the operating instructions is the sole and exclusive responsibility for the professional use.
- All dental materials must only be used by dentists and Authorized dental laboratories.

3.2. Restrictions and Warnings

There is no contraindication if **Fill Magic Ortho** is used by a professional dental orthodontic according to instructions. However, in patients with previous history of allergy to the components of this product, do not use.

4. Validity

- 36 months after the date of manufacture. Do not use after expiration date.
- The expiration date on the packaging represents the maximum period for using of the product.
- Inadequate storage conditions can compromise the product performance.

5. Storage

- Must remain in closed original container after use.
- Store at room temperature (15ºC - 30ºC) in a dry place, protected from light and heat.
- Direct light can change the properties of **Fill Magic Ortho.**

Vigodent Indústria e Comércio LTDA
CNPJ: 33.425.331/0001-22
Indústria Brasileira
Rua Pesqueira, 26, Bonsucesso, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
CEP: 21041-150
SAC 0800 024 7422
sac@vigodent.com.br
www.vigodent.com.br

Responsável técnico
Catia Mara da Eira Hoehn
CRQ-RJ 03212642 - 3ª região
ANVISA nº 10068870123
040024 - 08032022
REV. 01

vigodent