Pasta de Polimento
Diamantada

Pasta de polimento à base de diamante micronizado com granulação extrafina
Pasta de pulir a base de diamante micronizado de grano extrafino
Micronized diamond-based polishing paste with extra-fine grain

PORTUGUÊS

1. Indentificação do produto
A Pasta de Polimento Diamantada é produzida com diamante micronizado de granulação extra fina (2 a 4 microns), para uso exclusivamente de dentistas ou protéticos. O produto oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores. Pasta de Polimento Diamantada é uma pasta de polimento universal.
2. Indicações
Pasta de Polimento é indicada para ser utilizada em conjunto com discos de feltro ou discos aveludados, o que potencializa sua ação no polimento e acabamento em superfícies de materiais restauradores em geral.
3. Apresentação
Refil
Contendo 1 seringa de 2,0g
01 ponta aplicadora
01 instrução de uso
4. Composição
Carbômero, Glicerina, Hidróxido de sódio, Pó de diamante, Água deionizada e Fluoreto de sódio.
5. Instruções de uso
A pasta polidora deve ser usada com auxílio de discos de feltro ou discos aveludados em caneta de baixa rotação e contra-ângulo.
Deve-se adaptar com precaução o disco no contra-ângulo, confirmando se o mesmo está devidamente preso. É dispensado uma quantidade do produto no dente, de forma que seja a quantidade necessária para cobrir a área da restauração. Então, com o contra-ângulo montado, realiza-se o polimento da restauração, efetuando movimentos intermitentes sobre o elemento dentário, a fim de não promover o aquecimento do local.
Após o término do polimento, basta enxaguar o dente com água para remover a pasta.
6. Precauções, Efeitos Colaterais, Contraindicações, Restrições e Advertências
6.1. Precauções
Utilize sempre feltros novos para executar um polimento. O uso do mesmo disco de feltro com abrasivos de outras pastas pode comprometer o sucesso do polimento.
6.2. Advertências
Utilize baixa rotação e movimentos intermitentes com baixa pressão de aplicação do feltro sobre o dente. Desta forma previne-se aquecimento excessivo da superfície.
6.3. Contraindicações
Não há contraindicações quando Pasta de Polimento Diamantada é utilizada por um profissional de odontologia de acordo com as instruções de uso. Entretanto em pacientes que possuem histórico de alergia a qualquer um dos componentes, recomendamos não fazer uso, ou ainda quando a técnica estipulada não puder ser aplicada.
7. Validade
• Pasta de Polimento Diamantada têm uma validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, mesmo após aberto, desde que mantido em sua embalagem original e mantido sob condições adequadas de armazenamento.
• A data de validade, que consta nas embalagens, representa o prazo máximo para utilização do produto.
• Não usar após a data de validade.
8. Armazenamento
Manter o produto em sua embalagem original sempre bem fechada. Armazene o produto em temperaturas de 5°C a 30°C / 41°F a 86°F. Não congele o produto.

ESPAÑOL

1. Descripción
La Pasta de Pulido Diamantada se produce con diamante micronizado de granulación extrafina (2 a 4 micrones), para uso exclusivo de odontólogos y protésicos. El producto ofrece excelentes resultados en el pulido y brillo de porcelana, esmalte dental, resinas, composites y otros materiales restauradores. La Pasta de Pulido Diamantada es una pasta de pulido universal.
2. Indicación del producto
Esta Pasta de Pulido se indica para su uso junto con discos de fieltro o discos de terciopelo, lo que potencia su acción en el pulido y acabado de superficies de materiales restauradores en general.
3. Presentación
Recarga
1 (una) jeringa de 2,0 g
1 (una) aguja aplicadora
Instrucciones de uso
4. Composición
Carbómero, glicerina, hidróxido de sodio, polvo de diamante, agua desionizada y fluoruro de sodio.
5. Instrucciones de uso
Esta pasta de pulir debe usarse con discos de fieltro o discos de terciopelo en pluma de baja rotación y contra-ángulo .
Adapte con cuidado el disco al contra-ángulo, verificando que esté bien fijado. Dosifique una cantidad del producto sobre el diente de manera que esa cantidad cubra la zona de restauración. Luego, con el contra-ángulo montado, pula la restauración, realizando movimientos intermitentes sobre el elemento dentario para evitar el calentamiento del área.
Después de completar el pulido, simplemente enjuague el diente con agua para eliminar la pasta.
6. Precauciones, Efectos Secundarios, Contraindicaciones, Restricciones y Advertencias
6.1. Precauciones
Utilice siempre fieltros nuevos para pulir. Usar el mismo disco de fieltro con abrasivos de otras pastas puede comprometer el éxito del pulido.
6.2. Advertencias
Use rotación baja y movimientos intermitentes presionando levemente el fieltro sobre el diente. Esto evitará el calentamiento excesivo de la superficie.
6.3. Contraindicaciones
No hay contraindicaciones cuando la Pasta de Pulido Diamantada es utilizada por un profesional dental de acuerdo con las instrucciones de uso. No obstante, en pacientes que tengan antecedentes de alergia a alguno de sus componentes o cuando no se pueda aplicar la técnica estipulada recomendamos no utilizarla.
7. Vencimiento

Pasta de Polimento Diamantada

• Pasta de Pulido Diamantada tiene una vida útil de 24 meses a partir de la fecha de fabricación, incluso después de la apertura, siempre que se mantenga en su envase original y en condiciones de almacenamiento adecuadas.
• La fecha de vencimiento, que aparece en el envase, representa el periodo máximo de uso del producto.
• No lo use después de esa fecha.
8. Almacenamiento
Conserve el producto en su envase original siempre bien cerrado. Almacene el producto a temperaturas de 5°C a 30°C / 41°F a 86°F. No congele el producto.

ENGLISH

1. Description
Diamond Polishing Paste is manufactured with extra fine granulation (2-4 microns) micronized diamond, for sole use by dentists or prosthetics. It yields excellent results in the polishing of porcelain, dental enamel, resins, composites and other restorative materials. Diamond Polishing Paste is a universal polishing paste.
2. Use Indications
Polishing Paste is indicated to be used with felt discs or velvet discs, which enhances its action in polishing and finishing restorative material in general.
3. Contents
Refill
01 syringe containing 2g of product
01 application tip
01 Instructions for use
4. Composition
Carbomer, Glycerin, Sodium Hydroxide, Diamond Powder, Deionized Water and Sodium Fluoride.
5. Instructions for use
The polishing paste is required to be used with felt or velvet discs, in a low rotation pen and contra-angle.
Carefully attach the disc to the contra-angle, making sure it is firmly attached. Dispense the necessary amount of product on the tooth so that it covers the area of the restoration. Then, polish the restoration making intermittent movements with the contra-angle on the dental element, in order not to cause local heating.
After the polishing is complete, simply rinse the tooth with water to remove the paste.
6. Precautions, Side Effects, Contraindications, Restrictions and Warnings
6.1. Precautions
Always use new felts for polishing. Using the same felt disc with abrasives from other pastes may compromise the polishing.
6.2. Warnings
Carry out at low pressure with low rotation, making intermittent movements to apply the product on the tooth. This prevents excessive surface heating.
6.3. Contraindications
There are no contraindications when Diamond Polishing Paste is used by a dental professional in accordance with the instructions for use. However, we recommend not using it in patients who have a history of allergy to any of its components, or when the adequate technique cannot be applied.
7. Expiration
• Diamond Polishing Paste has a 24-month shelf life, from the manufacturing date, even after opened, provided it is kept in its original packaging and under proper storage conditions.
• The expiration date displayed on the packaging represents the maximum period for using the product.
• Do not use it after the expiration date.
8. Storage Conditions
Keep the product in its original packaging always tightly closed. Store the product at temperatures from 5°C to 30°C / 41°F to 86°F. Do not freeze the product.

VIGODENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 33.425.331/0001-22 - Ind. Bras.
Rua Pesqueira, 26, Bonsucesso
Rio de Janeiro, RJ, Brasil - CEP: 21041-150
SAC 0800 0247422
sac@vigodent.com.br
www.vigodent.com.br

Responsável técnico:
Catia Mara da Eira Hoehn
CRQ - RJ 03212642 - 3ª Região
ANVISA nº 10068879036
040150

vigodent